

Laite _____

Testi / testit _____

Hoitoyksikkö tai osasto _____

Perehdytettävän nimi _____

Perehdyttäjän nimi _____

- Perehdyttäjänä toimii vierianalytiikan koordinaattori (laboratorio) tai hoitoyksikön/osaston vierivastuuhenkilö.
- Hyväksytyt perehdytyksen jälkeen työntekijä saa luvan itsenäiseen työskentelyyn kyseisellä vieritestilaitteella.
- Täytetty perehdytyslomake säilytetään hoitoyksikössä/osastolla ja se suositellaan taltioitavan sähköisesti myös Sympaan.
- **HUOM!** Tätä lomaketta ei käytetä INR-vieritestin perehdytyksessä.

Perehdytyksen sisältö	Perehdyttäjä kuittaa rastilla (x)
Testin / mittalaitteen käyttötarkoitus	
Ohjeet ja lomakkeet <ul style="list-style-type: none">- Tyksin laboratorion ohjeet ja lomakkeet: www.tyks.fi/ammattilaiselle/vieritestiohjeita- laitevalmistajan ohjeet	
Sisäinen laadunohjaus: kontrolliliuokset ja mahdolliset vertailunäytteet	
Ulkoinen laadunarviointi: Labqualityn kierrosnäytteet	
Näytteenotto ja siihen liittyvät virhetekijät sekä näytteenottovälineet (näytteenoton ohjeistus: hoito-ohjeet.fi , Ryhmä: Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Erikoisala: <u>Laboratorio</u>)	
Näytteen ja kontrollin mittaaminen	
Potilas- ja kontrollitulosten arviointi ja tallentaminen	
Tarvikkeiden tilauskäytännöt, säilytys, käsittely ja hävitys	
Testin / laitteen virhelähteet ja hälytykset	
Toiminta laitteen vikatilanteessa tai epäiltäessä testituloksen oikeellisuutta	
Laitteen huolto (esim. puhdistus, patterin vaihto)	
NÄYTTÖKOE Perehdytettävä on suorittanut <u>perehdyttäjän valvonnassa</u> <ul style="list-style-type: none">- näytteenoton*. Näytteenottotapa: _____- kaksi hyväksyttyä näytemittausta- yhden hyväksytyt kontrollimittauksen	
Perehdytettävä saanut perehdytyksen (pvm, nimike ja perehdytettävän allekirjoitus)	
Perehdyttäjä myöntää perehdytettävälle luvan itsenäiseen työskentelyyn perehdytetyn vieritestilaitteen osalta (pvm, nimike ja perehdyttäjän allekirjoitus)	

* ihopistonäytteen tapauksessa tehdään kaksi hyväksyttyä näytteenottoa ja laskimonäytteen tapauksessa yksi. Muille näytteenottotavoille perehdyttäjä arvioi tarpeellisten toistokertojen määrän.

